

平成23年10月29日

## フィールドアスレチック水上コース他の放射性物質の検査結果について

10月28日（金）に清水公園内施設3カ所・4地点において、水中の放射性物質の検査を行いましたので、その結果をお知らせいたします。

### (1) 測定結果

採水日	測定箇所	測定結果	
		放射性セシウム134	放射性セシウム137
10/28	フィールドアスレチック水上コース	不検出	不検出
	フィールドアスレチック五角堂池	不検出	不検出
	キャンプ場ニジマス池	不検出	不検出
	アクアベンチャー噴水迷路	不検出	不検出

### (2) 検出限界/所要時間は約10Bq/Kg（20分）

※不検出は検出限界値未満のことです。

右側の画像の数値を見る参考にしてください。

### (3) 測定器

Nal(Tl)シンチレーター(2インチ)鉛遮蔽容器 50mm

### (4) 採水及び測定結果画面

・フィールドアスレチック水上コース



数値の単位はBq（ベクレル）です

・フィールドアスレチック五角堂池




数値の単位はB q ベクレル) です

・キャンプ場ニジマス池



数値の単位はB q ベクレル) です

・アクアベンチャー噴水迷路



数値の単位はB q ベクレル) です

測定協力：放射能測定器レンタルスペース「ベクミル」